

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 8210 // SUPREME LATEX

MATERIAL	Latex, naturfarben
BESCHICHTUNG	-
GRÖSSEN	XS-XL
VERPACKUNGSEINHEIT	1.000 Stück (10 Boxen à 100 Stück)
ZERTIFIZIERUNG	-



## BESCHREIBUNG

NITRAS SUPREME LATEX, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, doppelt chloriert, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5

## AUFBEWAHRUNG

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.

## HALTBARKEIT

siehe Umverpackung

## MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Latex	Naturfarben
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Latex	Naturfarben
HANDRÜCKEN	Latex	Naturfarben
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Latex	Naturfarben
STULPE / STRICKBUND	-	-

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD VOR DEM ALTERN	STANDARD NACH DEM ALTERN
REISSDEHNUNG (%)	min. 750	min. 650
REISSFESTIGKEIT (MPa)	min. 21	min. 18

## ABMESSUNGEN

	GRÖSSE	WERTE
LÄNGE (mm)	alle Größen	min. 230
BREITE HANDFLÄCHE (mm)	XS	78 ± 3
	S	83 ± 3
	M	93 ± 3
	L	102 ± 3
	XL	112 ± 3
STÄRKE (mm)	alle Größen	Finger: 0,17 ± 0,03 Handfläche: 0,14 ± 0,02 Stulpe: 0,10 ± 0,02

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### MCD Medical Care Dental GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 11  
50181 Bedburg  
GERMANY

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten beschriebene Produkt in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG) entspricht. Das Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen markiert.



### PRODUKTSPEZIFIKATION

Produktbezeichnung:	8210 // SUPREME LATEX
Typ:	Latex-Einmaluntersuchungshandschuhe, Größen XS-XL
Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG:	Klasse I nach Regel 1 und 5

### KONFORMITÄTSBEWERTUNG

Verfahren nach Richtlinie 93/42/EWG:	Anhang VII
--------------------------------------	------------

### ANGEWANDTE NORMEN

Harmonisierte Normen   nationale Normen   sonstige Normen:	DIN EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2012 EN 455
--	---

Bedburg, 14.01.2016



Fr. Maria Baric  
Geschäftsführerin  
MCD Medical Care Dental GmbH