

TECHNISCHES DATENBLATT

8310 // WHITE WAVE

MATERIAL	Nitril, weiß
BESCHICHTUNG	-
GRÖSSEN	XS-XL
VERPACKUNGSEINHEIT	1.000 Stück (10 Boxen à 100 Stück)
ZERTIFIZIERUNG	EN 374



BESCHREIBUNG

NITRAS WHITE WAVE, Nitril-Einmalhandschuhe, weiß, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5

AUFBEWAHRUNG

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.




HALTBARKEIT

siehe Umverpackung

MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril	Weiß
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril	Weiß
HANDRÜCKEN	Nitril	Weiß
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril	Weiß
STULPE / STRICKBUND	-	-

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EN 420	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	FINGERFERTIGKEIT	1-5	5
EN 388	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
 0000	ABRIEBFESTIGKEIT	1-4	0
	SCHNITTFESTIGKEIT	1-5	0
	WEITERREISSKRAFT	1-4	0
	DURCHSTICHKRAFT	1-4	0
EN 374	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	LUFT-LECK-PRÜFUNG	-	BESTANDEN
	WASSER-LECK-PRÜFUNG	-	BESTANDEN
EN 374	PRÜFPARAMETER	LEISTUNGSSTUFEN	PRÜFERGEBNIS
	NATRIUMHYDROXID 40%	1-6	6

MATERIALEIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD VOR DEM ALTERN	STANDARD NACH DEM ALTERN
REISSDEHNUNG (%)	min. 600 (Richtwert: min. 400)	min. 500 (Richtwert: min. 400)
REISSFESTIGKEIT (MPa)	min. 18 (Richtwert: min. 14)	min. 20 (Richtwert: min. 14)

ABMESSUNGEN

	GRÖSSE	WERTE
LÄNGE (mm)	alle Größen	min. 240 mm
BREITE HANDFLÄCHE (mm)	XS	75 ± 5
	S	85 ± 5
	M	95 ± 5
	L	105 ± 5
	XL	115 ± 5
		Finger: 0,10 ± 0,02 (Richtwert: 0,05)
STÄRKE (mm)	alle Größen	Handfläche: 0,08 ± 0,02 (Richtwert: 0,06)
		Stulpe: 0,07 ± 0,02

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MCD Medical Care Dental GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten beschriebene Produkt in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG) entspricht. Das Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen markiert.



PRODUKTSPEZIFIKATION

Produktbezeichnung:	8310 // WHITE WAVE
Typ:	Nitril-Einmaluntersuchungshandschuhe, Größen XS-XL
Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG:	Klasse I nach Regel 1 und 5

KONFORMITÄTSBEWERTUNG

Verfahren nach Richtlinie 93/42/EWG:	Anhang VII
--------------------------------------	------------

ANGEWANDTE NORMEN

Harmonisierte Normen nationale Normen sonstige Normen:	DIN EN ISO 9001:2008
	EN ISO 13485:2012
	EN 455
	EN 374

Bedburg, 14.01.2016



Fr. Maria Baric
Geschäftsführerin
MCD Medical Care Dental GmbH