

TECHNISCHES DATENBLATT

8100 // VINYL PF

MATERIAL	Vinyl, transparent
BESCHICHTUNG	-
GRÖSSEN	XS-XL
VERPACKUNGSEINHEIT	1000 Stück (10 Boxen à 100 Stück)
ZERTIFIZIERUNG	-



BESCHREIBUNG

NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, AQL 1,5

AUFBEWAHRUNG

Die Produkte müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben.

HALTBARKEIT

siehe Umverpackung

MATERIALANGABEN

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Vinyl	Transparent
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Vinyl	Transparent
HANDRÜCKEN	Vinyl	Transparent
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Vinyl	Transparent
STULPE / STRICKBUND	-	-

MATERIALEIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD VOR DEM ALTERN
REISSDEHNUNG (%)	min. 300
REISSFESTIGKEIT (MPa)	min. 11

ABMESSUNGEN

	GRÖSSE	WERTE
LÄNGE (mm)	alle Größen	min. 240
BREITE HANDFLÄCHE (mm)	S	85 ± 5
	M	95 ± 5
	L	105 ± 5
	XL	115 ± 5
STÄRKE (mm)	alle Größen	Handfläche: min. 0,06

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MCD Medical Care Dental GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten beschriebene Produkt in der gelieferten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG) entspricht. Das Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen markiert.



PRODUKTSPEZIFIKATION

Produktbezeichnung:	8100 // VINYL PF
Typ:	Vinyl-Einmaluntersuchungshandschuhe, Größen XS-XL
Klassifizierung nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG:	Klasse I nach Regel 1 und 5

KONFORMITÄTSBEWERTUNG

Verfahren nach Richtlinie 93/42/EWG:	Anhang VII
--------------------------------------	------------

ANGEWANDTE NORMEN

Harmonisierte Normen nationale Normen sonstige Normen:	DIN EN ISO 9001:2008
	EN ISO 13485:2012
	EN 455

Bedburg, 14.01.2016



Fr. Maria Baric
Geschäftsführerin
MCD Medical Care Dental GmbH